

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-07-005853-a

Предмет закупівлі: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Спектрофотометр)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Запланована вартість закупівлі: 207 000,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 172 500,00 грн без ПДВ

Період поставки: по 10.12.2026р.

Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Двопроменевий УФ-Вид спектрофотометр Nanon i8 або еквівалент	шт	1	Двопроменевий УФ-Вид спектрофотометр Двопроменева оптична схема; Хвильовий діапазон: Не вужче 190-1100 нм Ширина спектральної лінії: Не більше 1.8 нм Точність встановлення довжини хвилі: Не нижче ± 0.1 нм (для D2 656.1 нм не нижче ± 0.3 нм) Відтворення довжини хвилі: ≤ 0.1 нм Фотометрична точність: Не нижче $\pm 0.2\%$ Т Фотометрична відтворюваність: $\leq 0.15\%$ Т Розсіяне світло: $\leq 0.03\%$ Т Стабільність показань: Не нижче ± 0.0004 А/год (500 нм) Рівність базової лінії: Не нижче ± 0.001 А Шум: Не більше ± 0.0005 А Фотометричний діапазон: Не вужче 0-200% Т, -4.0...4.0 А, 0-9999 С Встановлення довжини хвилі: Автоматична Швидкість сканування: High, Middle, Low, Optional Вихідні порти: USB Порт принтера: Паралельний порт Дисплей: ЖКД Джерела світла: Дейтерієва та вольфрам-галогенова лампи Детектор: Кремнієвий фотодіод • Прилад самостійно або під контролем ПЗ повинен виконувати функції "Кількісні вимірювання", "Кінетичні вимірювання", "Хвильове сканування", "Мультихвильові вимірювання", "ДНК/Білки" і виводити дані на друк. ПЗ може проводити обробку даних; Конструкція оптичної системи повинна бути з підвісним положенням, посилена й потовщена нижня пластина для усунення впливу вібрацій або трансформації на оптичну систему; 24-бітне високошвидкісне та високоточне аналого-цифрове перетворення. Комплектація: - Тримач для 10-мм кювет – 1 шт.; - 10-мм кювети, скляні – не менше 4 шт., кварцові – не менше 2 шт.; - Посібник з експлуатації; - Посібник до програмного забезпечення - Комплект програмного забезпечення: Програмний носій; USB-ключ) - USB-кабель; - Сертифікат метрологічного калібрування - Гарантійний термін не менше 24 місяці з дати поставки.