Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-18-006253-a
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (ротаційний випарник)
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)
Запланована вартість закупівлі: 79 800,00 грн. з ПДВ
Оголошена вартість закупівлі: 66 500,00 грн без ПДВ
Період поставки: по 16.12.2026р.
Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	**Ротаційний випарник Ukrchemgroup або еквівалент**	шт	**1**	Ротаційний випарник лабораторний **Технічні характеристики:** • Потужність установки: 140 Вт +- 1% • Потужність обертання: не менше 40 Вт • Потужність нагріву: не менше 1000 Вт • Вакуум: 0,098 МПа +-1 % **Конструкція:** • Випарна колба: не менше 2 л, 24# • Приймальна колба: не менше 1 л, шліф 35#, кульова **Робочі параметри:** • Швидкість обертання: 0–120 об/хв. • Контроль температури: від кімнатної до 180 ° С • Точність температури: ±1°С • Хід підйому: 200 мм **Система конденсації:** • Основний конденсер: Ø85 × 430 мм • Площа конденсації: 0,17 м ² +-1% **Підключення:** •Клапан подачі: стандартний клапан 19 # Вакуумний штуцер: пагода Ø10 мм • Вхід/вихід охолодження: пагода Ø12 мм **Нагрівальна ванна:** • Ø245 × 140 мм +-5% • об'єм близько 6,5 л +- 5 % • Напруга: 220 В, 50 Гц або 110 В, 60 Гц Гарантія не менше 12 місяців